



# 检测报告

编号: 三益(检)字 2025年第125-8号

| 项目名称:       | 废水                           |  |
|-------------|------------------------------|--|
| 委托单位:       | 山东丰源轮胎制造股份有限公司               |  |
| 检测类别:       | 自行检测                         |  |
| 报告日期:       | 2025年08月30日                  |  |
| 1V H H 797. | 2020 <del>+</del> 00 /] 00 H |  |



## 三益(山东)测试科技有限公司

# 检测报告

| 样品名称         | 废水             | 检测类别  | 自行检测                |
|--------------|----------------|-------|---------------------|
| 委托单位名称       | 山东丰源轮胎制造股份有限公司 |       |                     |
| 委托单位地址       | 山东省枣庄峄城区经济开发区  |       |                     |
| 联系人          | 李猛             | 联系电话  | 18866697766         |
| 采样点位         | DW001 废水排放口    | 采样说明  | 自行检测                |
| 采 (送) 样人员    | 袁鲁             | 南、张绍磊 |                     |
| 样品状态<br>特征描述 | 见正文            | 检测环境  | 符合要求                |
| 采 (送) 样日期    | 2025. 08. 21   | 检测日期  | 2025. 08. 21—08. 26 |
| 检测项目         |                |       |                     |
| 检测依据         | 见附表            |       |                     |
| 检出限          |                |       |                     |
| 主要设备         |                |       |                     |
| 检测结论         | 仅提供数据,不作判定     | 2     | ○25 年 08 月 30 日     |
| 备 注          | ND ā           | 表示未检出 | 检验检测专用章             |

编制人事後 审核人 补法举

授权签字人

## 三益(山东)测试科技有限公司

# 检 测 报 告

### 废水检测结果表

| 汉为代区场为一个人    |         |                    |                    |                      |                          |
|--------------|---------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
|              |         | 检测结果               |                    |                      | 单位                       |
| 采样日期         |         | D                  |                    |                      |                          |
|              | 检测项目    | 无色, 无气味, 无浮油       |                    |                      |                          |
|              |         | 第一次                | 第二次                | 第三次                  |                          |
|              |         | FS2508210701       | FS2508210702       | FS2508210703         |                          |
|              | pH 值    | 7.6                | 7.4                | 7. 3                 | 无量纲                      |
|              | 流量      | 6.5                | 22.8               | 14. 9                | $m^3/h$                  |
| 2025. 08. 21 | 硫酸盐     | 142                | 146                | 148                  | mg/L                     |
|              | 悬浮物     | 8                  | 7                  | 8                    | mg/L                     |
|              | 溶解性总固体  | $1.02 \times 10^3$ | $1.03 \times 10^3$ | $1.02 \times 10^{3}$ | mg/L                     |
|              | 全盐量     | 836                | 826                | 842                  | mg/L                     |
|              | 氨氮      | 0.134              | 0.168              | 0.118                | mg/L                     |
|              | 总氮      | 8.41               | 8. 24              | 8. 04                | mg/L                     |
|              | 化学需氧量   | 8                  | 11                 | 10                   | $\mathrm{mg}/\mathrm{L}$ |
|              | 五日生化需氧量 | 2.2                | 2.2                | 2. 4                 | mg/L                     |
|              | 石油类     | 0. 57              | 0.51               | 0. 57                | mg/L                     |
|              | 总磷      | 0.80               | 0.77               | 0.78                 | mg/L                     |
|              | 水温      | 31.2               | 31.6               | 32. 0                | ${\mathbb C}$            |
|              | 总有机碳    | 1.9                | 1.9                | 1.8                  | mg/L                     |

#### 附表1 废水

| 检测项目    | 分析方法依据   | 检出限      | 分析人 |
|---------|--|----------|-----|
| pH 值    | 水质 pH 值的测定电极法 HJ 1147-2020                           | /        | 袁鲁南 |
| 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD <sub>5</sub> )的测定 稀释与接种 法 HJ 505-2009 | 0.5 mg/L | 刘荟  |
| 全盐量     | 水质 全盐量的测定 重量法 HJ 51-2024                             | 25  mg/L | 庞超  |
| 化学需氧量   | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法<br>HJ 828-2017                     |          | 马洪跃 |
| 总有机碳    | 水质总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法<br>HJ 501-2009               | 0.1 mg/L | 杨其伟 |





#### 三益(检)字 2025年第125-8号

|        |  | • | <b>-</b> |
|--------|--|---|----------|
| 总氮     | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度 法 HJ 636-2012      | 0.05 mg/L                               | ルナナ      |
| 总磷     | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法<br>GB/T 11893-1989       | 0.01 mg/L                               | 张存石      |
| 悬浮物    | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989              | 5 mg/L                                  | 庞超       |
| 氨氮     | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法<br>HJ 535-2009          | 0.025 mg/L                              | 徐庆宇      |
| 水温     | 城市污水水质标准检验方法 4 水温的测定 温度计 法 CJ/T 51-2018    | /                                       | 袁鲁南      |
| 溶解性总固体 | 城市污水水质标准检验方法 溶解性总固体的测定<br>重量法 CJ/T 51-2018 | 5 mg/L                                  | 庞超       |
| 石油类    | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法<br>HJ 637-2018     | 0.06 mg/L                               | 闵祥艳      |
| 硫酸盐    | 水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T 11899-1989              | 2 mg/L                                  | .,.      |

#### 附表 2 主要设备

| 仪器编号      | 仪器型号              | 仪器名称      |
|-----------|-------------------|-----------|
| A1012F01  | FA2004B           | 电子天平      |
| A1104F05  | 752N              | 紫外可见分光光度计 |
| A1104F10  | 0IL460            | 红外分光测油仪   |
| A1910F42  | 722G              | 可见分光光度计   |
| A2204X263 | 0-40              | 表层水温表     |
| A2303F85  | SPX−250B <b>Ⅲ</b> | 生化培养箱     |
| A2311F94  | FA2204B           | 电子天平      |
| A2404X299 | PHB-4             | 便携式 pH 计  |
| A2504F100 | TOC-LCPH          | 总有机碳分析仪   |
|           |                   |           |



# 检测报告说明

- 1. 报告无本公司检验检测专用章、 及骑缝章无效。
- 2. 报告内容需填写齐全,无本公司授权签字人的签字无效。
- 3. 报告需填写清楚,涂改无效。
- 4. 检测委托方如对本公司检测报告有异议,须于自收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出,逾期不予受理。
- 5. 由检测委托方自行采集的样品,则仅对送检样品的检测结果负责,不对样品来源负责。
  - 6. 未经本公司同意,不得部分复制本报告(全部复印除外)。
  - 7. 未经本公司同意,本报告不得用于广告宣传和公开传播等。

# 公司简介

三益(山东)测试科技有限公司,成立于 2011 年 3 月,是率先从事环境检测类综合性服务的社会化检测机构,坐落于枣庄国家高新技术开发区。公司技术力量雄厚、检测项目齐全,专业化程度高,配置了先进的大型试验仪器设备,采用了高效的实验室管理系统(LIMS),形成了水、气、土壤、噪声、固废、辐射等 9 大类 1425 项检测项目的全方位检测体系。多年来,公司在社会各界的关心支持下,一直注重团队的标准化、规范化建设,严格按照实验室质量管理体系运行,保证检测工作科学公正、检测结果准确可靠。公司秉持着与时俱进的工作作风、精益求精的管理理念,以强大的检测能力、过硬的技术致力于打造权威的第三方检测机构,竭诚为社会各界提供一流的专业化服务。

地 址: 枣庄高新区兴城街道宁波路 258 号环保大数据产业园 A 栋

邮政编码: 277800

电 话: 0632—5785687

